自動体外式除細動器(AED)仕様書

品名	寸法	数量	仕様	
自動体外式除細動器(AED)	既存のAED収納ボックス(内寸 高さ約38cm×幅約38cm×奥行15cm)に本体及び電極パッド等がすべて収納可能なこと	須賀利コミュニティセンター 1台 九鬼コミュニティセンター 1台 早田コミュニティセンター 1台 三木浦コミュニティセンター 1台 三木里コミュニティセンター 1台 古江コミュニティセンター 1台 賀田コミュニティセンター 1台 菅根コミュニティセンター 1台 梶賀コミュニティセンター 1台 矢浜コミュニティセンター 1台 向井コミュニティセンター 1台 行野コミュニティセンター 1台 (合計12台)	ガイド機能	音声による操作指示機能付き(日本語による)
			セルフテスト	自動セルフテスト機能付き(毎日)
			遠隔監視	遠隔でのAED監視システム機能を有しており、AED本体、バッテリー、電極パッドの状態ならびにセルフチェックの結果をWeb上で確認できること。また、装置の異常時やバッテリー、電極パッドの定期交換時期にはメールにて通知を行うこと。ただし、設置場所の電波が悪い場合は、目視での点検対応とする。なお、AED監視システムの使用に際して、設置場所の電源仕様や配線工事は不要であること。 遠隔監視期間:8年
			バッテリー	設置後待機寿命約4年以上
			電極パッド	使用期限2年以上 ・成人・小児共通パッド又は成人用と小児用のパッドを備えていること。 ・成人・小児共通パッドを装着している場合、パッド貼り付け後の成人・小児モード切替は、本体電源がONの状態のまま切替が可能なこと。
			バッテリー、電極パッドの交換	8年間のバッテリー、電極パッドの交換を提供すること(例:電極パッド使用期限2年の場合、3回の交換が必要)。交換は業者で実施し、その費用も業者負担とすること。ただし、使用した場合のバッテリー、電極パッドの交換は除く。また、バッテリーの交換については新品との交換に限るものとする。
			耐用年数	8年以上
			保証	8年以上 本体修理が必要になった場合、機器の交換ではなく現品を原状回復させることとし、修理期間中は、無償で代替機を貸し出すこととする。
			規格	・医療器具(除細動器)として薬事法の承認を得ていること。 ・防塵・防水機能はIP56以上であること。
			クラス分類	高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
			その他	・日本版救急蘇生法ガイドライン2020対応であること。 ・非医療従事者の使用が認められている機器であること。 ・AEDメーカー純正キャリングケース付き ・レスキューキット付き ・成人用・小児用共通パッド又は成人用と小児用のパッドが使用できる機器であること。 ・既存のAED収納ボックスは別添のとおり。既存ボックスの現物の確認が必要な場合は、各コミュニティセンターの現地にてご確認ください。

- 注意) 1. 上記仕様を満たした商品であれば、メーカーは貴社に一任します。
2. 商品の搬入、梱包処理、設置費用、取り替える既存の自動体外式除細動器12台の廃棄費用も入札価格に含むこととします。
3. 最低価格の者を落札者とします。
4. 商品の納入場所は、各コミュニティセンターとします。
5. 商品の納期は、令和7年9月30日とします。
6. 仕様についての問い合わせは、尾鷲市市民サービス課市民生活係(23-8250)までお願いします。

特記仕様書

・暴力団等不当介入に関する特記事項

- (1) 供給者は、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに注文者に報告すること。
注文者への報告は必ず文書で行うこと。
(3) 供給者は、暴力団等により不当介入を受けたことから契約の履行に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、注文者と協議を行うこと。