

自動体外式除細動器(AED)仕様書

品名	寸法 幅×高さ×奥行(cm)	数量	仕様	
自動体外式 除細動器 (AED)	既存のAED収納ボックス(内寸 34×40×14)に本体及び電極パッド等がすべて収納可能なこと	1台	ガイド機能	音声による操作指示機能付き(日本語による)
			セルフテスト	自動セルフテスト機能付き(毎日)
			遠隔監視	遠隔でのAED監視システム機能を有しており、AED本体、バッテリー、電極パッドの状態ならびにセルフチェックの結果をWeb上で確認できること。また、装置の異常時やバッテリー、電極パッドの定期交換時期にはメールにて通知を行うこと。ただし、設置場所の電波状況が悪い場合は、目視での点検対応とする。なお、AED監視システム機能の使用に際して、設置場所の電源使用や配線工事は不要であること。 遠隔監視期間:8年
			バッテリー	設置後待機寿命約4年以上
			電極パッド	使用期限2年以上 成人・小児共通パッドまたは成人用と小児のパッドを備え付けていること。 成人・小児共通パッドを装着している場合、パッド貼り付け後の成人・小児モード切替は、本体電源がONの状態のまま切替が可能なこと。
			バッテリー、電極パッドの交換	8年間のバッテリー、電極パッドの交換を提供すること(例:電極パッド使用期限2年の場合、3回の交換が必要)。交換は業者で実施し、その費用も業者負担とすること。ただし、使用した場合のバッテリー、電極パッドの交換は除く。 また、バッテリーの交換については新品との交換に限るものとする。
			耐用年数	8年以上
			保証期間	8年以上 本体修理が必要になった場合、機器の交換ではなく現品を原状回復させることとし、修理期間中は、無償で代替機を貸し出すこととなる。
			規格	医療器具(除細動器)として薬事法の承認を得ていること。 防塵・防水機能はIP66以上有していること。 動作温度は氷点下5度から50度までとすること。
			クラス分類	高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
			その他	・日本版救急蘇生法ガイドライン2020対応であること。 ・非医療従事者の使用が認められている機器であること。 ・AEDメーカー純正キャリングケース付き。 ・レスキューキット付き。

注意)

1. 上記仕様を満たした商品であれば、メーカーは貴社に一任します。
2. 商品の搬入、梱包処理、設置費用、取り替える既存の自動体外式除細動器1台の廃棄費用も入札価格に含むこととします。
3. 商品の納入場所は文化・スポーツ振興課の指定する場所とします。